



Especificaciones técnicas.

ADQUISICIÓN DE DOSÍMETROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE IMAGEN Y PERSONAL TECNICO DE LOS CDX, PALMARITO, LA VEGA, BONAÑO, CONSTANZA, JARABACOA, VILLA LA MATA Y FANTINO DE ESTE SRSCS.

CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar a SRSCC aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, Compras@srsviii.gob.do hasta la fecha establecida en el cronograma.

EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:

ítem	Cantidad	Código	Presentación	Descripción
1	56	42203901	Dosímetros Personales	-Dispositivo utilizado para medir la cantidad de radiación de tipo ionizante -utilizado por el personal de radiología -En cuerpo entero dosis equivalente personal profunda HP (0.07)
2	7	42203901	Dosímetros De Área	-Dispositivos de medición de tipo ionizante -Mide la radiación presente en el área de Rayos x -En dosis equivalente ambiental H*(10)
3	4	42203901	Controles de Dosímetros	Dispositivo utilizado para medir la radiación ambiental de fondo y la exposición incidental durante el transporte de los dosímetros personales -Tipos de dosis diferentes HP 7 - Incluir controles

Lic. Belkys Perez

Enc. división Laboratorio Clínico e Imágenes

