

**FICHA TECNICA.**

Adquisición productos de resucitación, anestesia y respiratorio, observación y ensayo, para uso del HRDLMK

**CONSULTAS**

Los interesados podrán solicitar aclaraciones acerca de las especificaciones técnicas mediante consultas realizadas **vía correo electrónico**, [dptocomprashmorilloking@gmail.com](mailto:dptocomprashmorilloking@gmail.com) hasta la fecha establecida en el cronograma.

**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.**

Los precios cotizados por el oferente en el formulario de presentación de oferta económica o cotización deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

**EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:**

ítem	Cantidad	Presentación	Descripción
1	50	UND	<p><b>-Circuito de ventilación neonatal</b></p> <p>-Con tubo corrugado color azul de 10 mm</p> <p>Conectores de 15mm y 22mm</p> <p>Con salida proximal y trampa de agua</p>
2	100	UND	<p><b>Filtro de ventilación</b></p> <p>-Recomendado para volúmenes entre 150ml y 1500 ml</p> <p>-Muy baja resistencia al flujo</p> <p>-Resistencia 0.8, 60 ipm</p>