



**HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD “DRL”  
FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
BASE AEREA “SAN ISIDRO”  
SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.**

**ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE TRANSPORTE Y NEVERA PARA CADÁVERES.**

**Proceso de Comparación de precios.  
SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATACIONES PUBLICAS  
HOSP RAMON DE LARA-CCC-CP-2025-0002**

---

**SANTO DOMINGO ESTE.  
Noviembre, 2025.**

## 1. INVITACIÓN

El **HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE DR. RAMON DE LARA, FARD.**, en virtud de lo establecido en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06 y su Reglamento de aplicación No. 416-23, de fecha catorce (14) de septiembre del dos mil veintitrés (2023). Invita a todas las personas naturales y/o jurídicas interesadas a los fines de presentar su mejor oferta para la **ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE TRANSPORTE Y NEVERA PARA CADÁVERES.**

## 2. OBJETIVO Y DISPOSICIONES GENERALES.

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar el procedimiento de Comparación de precios **Referencia HOSP RAMON DE LARA-CCC-CP-2025-0003.**

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que esté bajo la responsabilidad del mismo.

## 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación, se detallan las especificaciones técnicas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de contrataciones.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	REQUERIMIENTO
1	<b>Camilla elevadora de cadáveres</b> <b>Características:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ El elevador consta de una base, un soporte de elevación y una bandeja para cadáveres.</li><li>❖ Especialmente diseñado para mesas de autopsia o congeladores de cadáveres.</li><li>❖ La bandeja para cadáveres tiene forma cóncava con drenaje, lo que facilita su limpieza.</li><li>❖ Varilla de empuje hidráulica de doble X: suave, estable y silenciosa. El controlador de elevación es fácil de usar.</li><li>❖ Rango de altura ajustable: 420-1300 mm.</li><li>❖ El elevador puede funcionar de 30 a 50 veces con la carga completa.</li><li>❖ (4) ruedas universales silenciosas, 2 de ellas con freno.</li><li>❖ Tamaño: 220 x 65 x 42-130 cm (Bandeja para cadáveres)</li></ul>	01	Ud.	<b>Nota: no se acepta copi page de la ficha técnica cargada.</b>

	desmontable) ❖ Tamaño de la bandeja para cadáveres: 190 x 61 cm.			
2	<p style="text-align: center;"><b>Nevera para cadáveres</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Con cámara frigorífica y de congelación para cadáveres es una serie de productos para el almacenamiento de cadáveres en hospitales, funerarias y departamentos de autopsias.</li> <li>❖ Con Sistema de control de temperatura preciso.</li> <li>❖ El sistema de temperatura controlado por computadora de alta precisión, reconocido mundialmente y con encuadernación original, mantiene la temperatura constante en la cámara a <math>3 \pm 2</math> °C con precisión.</li> <li>❖ El valor de ajuste de temperatura se pueda ajustar entre -18 °C y 5 °C, con una precisión de 0,1 °C,</li> <li>❖ una resolución de 0,1 °C y un incremento de ajuste de 0,1 °C. El valor se muestra mediante tres dígitos de alto brillo.</li> <li>❖ El sistema debe contar con una función especial de calibración de temperatura de alta resolución.</li> <li>❖ El valor de ajuste se pueda mostrar y calibrar entre -10,0 y 10,0 °C.</li> <li>❖ El incremento de calibración es de 0,1 °C.</li> <li>❖ El sistema de circulación de aire frío forzado con ventilador de control inteligente puede garantizar lit uniformidad de la temperatura dentro de la caja.</li> </ul>	01	Ud.	<b>Nota: no se acepta copi page de la ficha técnica cargada.</b>

**Nota 1:** Los Oferentes/proponentes deberán considerar que la entrega de los bienes no podrá exceder un máximo cinco (5) días hábiles después de la certificación de contrato, debiendo incluir la instalación de estos.

**Nota 2:** los Oferentes/proponentes deberán estar certificados por la fábrica, para la instalación.

**Nota 3:** Los oferentes deben estimar que es un requisito incluir todas las piezas y misceláneos a utilizar en la instalación

#### 4. FORMA DE PRESENTACIÓN.

El idioma oficial de presentación para el presente proceso de Comparación de precios es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente y el departamento de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o de encontrarse en un idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

El precio de la oferta deberá estar en la moneda Nacional, es decir en **pesos dominicanos (RD\$)**, y esta deberá de tener una vigencia mínima de noventa (90) días hábiles a partir de la fecha de recepción de su propuesta.

**NOMBRE DEL OFERENTE**

(Sello social)

Firma del Representante Legal

**HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE, FARD. “DR. RAMON DE LARA”**

**REFERENCIA No. HOSP RAMON DE LARA-CCC-CP-2025-0002.**

**DIRECCION: Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Santo Domingo Este, República Dominicana.**

**TELÉFONO: 809-688-3333 Ext.2320.**

**DOCUMENTACIONES ESTÁNDAR**

**1.- Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033)**

**2.- Presentación de Oferta (SNCC.F.034)**

**3.- Formulario de información oferente (SNCC.F.042).**

**\*\*\*FIN\*\*\***