



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ  
HRUJMCB

## FICHA TECNICA

FECHA DE CREACION: 15 de enero de 2025

No. Art.	Nombre del Bien o Servicio	Cant.	Especificacion del Bien o servicio
1	Nebulizador	1	Flujo de aire 15 a 16 l/m. presion maxima 250 a 350 kPa (2,5). Modo de funcionamiento continuo. Portatil. 12 meses de garantia electrico. Compresor jet. Electricidad 110-120 V / 60 Hz. Nivel de ruido menor a 60 dB. Capacidad del reservorio 2-10 ml. Compacto.

TOTAL DE ARTICULOS: 1

*Lisbeth Hernández*

Lisbeth Hernández

PREPARADO POR:

