

**HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROF. JUAN BOSCH
RNC. 43-003792-3**

**PLIEGO ESTÁNDAR DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS**

NOMBRE DEL PROCESO:

**ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL MED GASTABLE PARA EL 1ER
TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

COMPRAS MENORES

REFERENCIA:

Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2026-0013

**Dado en la Ciudad de La Vega, El Pino, Republica Dominicana
A los Cinco (05) días del mes de Febrero del año dos mil veintiséis (2026)**

1. Antecedentes.

El Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch (HRTQPJB), órgano desconcentrado funcional y territorialmente, adscrito al Servicio Nacional de Salud (SNS), con sede en la provincia de La Vega fue creado con el propósito de ofrecer servicios médicos especializados en traumatología, ortopedia, cirugía general y atención integral en emergencias y otras áreas de alta complejidad, garantizando atención integral, oportuna y de calidad a la población.

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de bienes, servicios u obras requeridos por el Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, de conformidad con las disposiciones de la Ley 47-25 sobre Función Pública, el Decreto 52-26 del año 2026 y demás normativa aplicable en materia de contratación pública, asegurando que la selección del proveedor se realice bajo los principios de transparencia, eficiencia, objetividad, economía, igualdad, libre competencia y legalidad.

El procedimiento busca garantizar que las contrataciones se realicen con base en criterios técnicos, legales y financieros, promoviendo la correcta gestión de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades institucionales, mediante:

- Definición clara de los requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos que deben cumplir los oferentes para participar en el proceso.
- Establecimiento de criterios objetivos de evaluación y adjudicación, priorizando la calidad, disponibilidad, precio competitivo, cumplimiento de especificaciones técnicas y garantías de los bienes, servicios u obras contratados.
- Aseguramiento de la igualdad de oportunidades y la libre competencia entre los participantes, garantizando un proceso transparente y trazable.
- Regulación de la presentación, evaluación y adjudicación de las ofertas, incluyendo la documentación, cotizaciones técnicas y económicas, entrega de muestras y constitución de garantías, cuando apliquen.
- Fomento de la eficiencia, responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, asegurando que el proceso sea auditable, legal y cumpla con los principios establecidos por la Ley 47-25 y el Decreto 52-26.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El pliego de condiciones, ha sido elaborado por el Departamento de Compras del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, para ser utilizado en los procedimientos.

El objetivo de dicho documento es establecer cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas que deseen participar en la licitación para la adquisición de Bienes, Servicios u Obras, llevada a cabo por el **Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch**.

El objetivo de esta sección es establecer los requisitos técnicos, normativos y de calidad que deben cumplir los bienes y servicios objeto del presente procedimiento de contratación, asegurando que las adquisiciones se realicen con transparencia, eficiencia, legalidad y alineación con el interés público, en cumplimiento con la Ley 47-25 sobre Función Pública y el Decreto 52-26 del año 2026.

Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

La participación del Oferente/Proponente en el presente proceso implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento —por parte de este, de sus miembros, ejecutivos y de su representante legal— a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas establecidos en el Pliego de Condiciones, sin excepción alguna. Dicho Pliego tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos establecidos. No obstante, se aclara que todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en dicho formulario. En caso de que el Formulario de Oferta Económica detalle artículos sin indicar su precio, se entenderá que estos se encuentran incluidos en la Oferta. Asimismo, cuando algún lote o artículo no figure expresamente en el Formulario de Oferta Económica, se asumirá igualmente que está incluido en la Oferta.

El desglose de los componentes del precio se requiere únicamente con el propósito de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas. El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá corresponder al precio total de la Oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. No obstante, los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante toda la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a variación alguna por ningún motivo, salvo lo expresamente establecido en los Datos de la Licitación (DDL).

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus credenciales y/o ofertas, cuando estas no demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

CONSULTAS

Los Oferentes/Proponente interesados en las Ofertas publicadas podrán solicitar aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante vía correo electrónico a: compra@hrtqpb.gob.do / ComprasHRTQPB@hotmail.com. Tel No.809-725-8262 Ext.4028-4136-4112, Flota 829-257-6116, Hasta la fecha establecida en el cronograma.

Objeto de la Licitación

El presente proceso de licitación tiene por objeto recibir, evaluar y adjudicar propuestas presentadas por empresas debidamente calificadas para el suministro de bienes, servicios y obras destinados al Hospital Regional Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

Este proceso se llevará a cabo en estricto cumplimiento de los principios establecidos en la **Ley núm. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas**, garantizando que la contratación se realice de manera:

1. **Transparente**, asegurando la igualdad de condiciones entre todos los oferentes y la difusión pública de los actos del proceso.
2. **Eficiente y eficaz**, procurando la obtención de bienes, servicios y obras de calidad, en tiempo oportuno y con el uso óptimo de los recursos públicos.
3. **De igualdad y no discriminación**, permitiendo la participación de todas las empresas que cumplan con los requisitos técnicos, legales y administrativos establecidos.
4. **Económica y conveniente**, fomentando la libre competencia y seleccionando la propuesta más favorable para el Estado y la institución contratante.
5. **Responsable y sostenible**, incorporando criterios técnicos, de seguridad y sostenibilidad que garanticen el uso adecuado y seguro de los bienes, servicios y obras objeto de la contratación.

Fuente de Recursos

El Hospital Regional Traumatológico Quirúrgico "Profesor Juan Bosch" (HRTQPB), en cumplimiento con la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, y el Decreto reglamentario aplicable, ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y apropiación de los fondos requeridos para la presente licitación.

La presente contratación ha sido incluida de manera formal en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2026 del Hospital Regional Traumatológico Quirúrgico "Profesor Juan Bosch" (HRTQPB), comprometiendo los recursos correspondientes al presupuesto institucional del año fiscal 2026

Los recursos provienen del Presupuesto del año 2026, debidamente asignados y especializados para cubrir el pago de todos los bienes adjudicados mediante este proceso. Las partidas de fondos se encuentran garantizadas y reservadas específicamente para tal fin, asegurando que las obligaciones contractuales derivadas de la presente licitación se ejecuten sin variaciones o contingencias financieras durante todo el periodo de ejecución del contrato.

De esta manera, se asegura que el proceso se desarrolla en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y sostenibilidad financiera que establece la Ley 47-25 y su reglamento.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con pagos al día.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con pagos al día.
- Registro Mercantil.
- Registro Nacional de Proveedores Del Estado.
- Debe poseer el/los rubros de los Artículos a Ofertar. (Si un proveedor no tiene agregado el rubro correspondiente antes de la culminación de presentación de oferta, en el proceso de compra no se le podrá adjudicar el bien, obra o servicio, incluso si su oferta es la más económica.)
- Cotizaciones Firmadas y Selladas.
- Duración de la Oferta económica de 30 días.
- Disponibilidad de entrega del servicio inmediata (No mayor a 5 días laborables).
- Especificaciones técnicas añadidas a las ofertas Económicas.
- Las condiciones de pago establecido son a crédito.
- Garantía ilimitada y paquetes de servicio anual.
- Presentación de la garantía del bien o servicio
- Transporte Incluido en la Cotización
- Cotización emitida en Lote completo.
- Revisión previa por un experto en la materia asignado por el proveedor participante para confirmación de diagnóstico antes de emitir la cotización (servicios)
- Carta de recomendación de por lo menos 3 instituciones públicas que hayan recibidos bienes o servicios de ese oferente.
- Compromiso de un programa de cumplimiento.
- Capacidad financiera del oferente.
- Costo de revisión incluida en la cotización.
- Certificación de calidad.
- Certificación de industria y comercio
- Permisos de transportación (Cumpliendo con la normas y seguridad requerida)

- **Estar avalado por la FDA. (Presentar constancia)** En general, la FDA regula Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas, cosméticos Y otros medicamentos biológicos, dispositivos médicos, Productos electrónicos que emiten radiación, Productos de tabaco. (PARA LOS PROCESOS QUE APLIQUE)

- **E.P.A La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)** regula las pesticidas, las desinfectantes y los productos para el control de roedores. La EPA también previene y controla la contaminación del aire y el agua (PARA LOS PROCESOS QUE APLIQUE)

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará a presentación de las facturas de los Bienes y Servicios suministrados y recibidos satisfactoriamente por el Hospital Regional traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch. El Crédito será por un plazo de 30 a 90 días. (Según contrato).

Nota. Adjunto a la entrega de las facturas deberán incluirse las certificaciones al día de la DGII y la de TSS

ENTREGA DE MUESTRA entrega de muestra (si lo amerita) las mismas serán recibidas un día antes de la fecha de cierre de presentar oferta antes de la 2.00 PM en el Departamento de Almacén General (almacén que tenga la orden de compra)

Nota: Deben entregar junto a las muestras el Formulario SNCC.F.056 sobre muestra entregada,

b. No se aceptarán muestras fuera de los plazos y horarios señalados previamente en este acápite.

c. Días feriados no se reciben muestras.

d. Las muestras no se devuelven ni se deben cobrar.

CIRCULARES, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES

La Unidad de Compras del Hospital Regional Traumatológico Quirúrgico “Profesor Juan Bosch” (HRTQPJB) actuará de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, su Reglamento y el su acápite 1.3, numeral 3 del presente Pliego de Condiciones, relativo a aclaraciones del proceso de licitación.

En este marco, la Unidad de Compras podrá:

- Emitir circulares, oficios o comunicaciones oficiales para dar respuesta a consultas planteadas por los oferentes/proponentes durante el proceso.

- Hacer que dichas respuestas y aclaraciones sean de conocimiento público para todos los participantes, garantizando transparencia e igualdad de condiciones.
- Remitir las respuestas únicamente con las preguntas y respuestas, sin identificar al proponente u oferente que formuló la consulta, preservando la confidencialidad de los participantes.
- Estas disposiciones tienen como objetivo asegurar que el proceso de licitación se desarrolle de manera transparente, equitativa y conforme a la normativa vigente, evitando ventajas indebidas o discriminación entre los participantes.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS:

La presentación de las Ofertas Económicas deberá realizarse a través del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas o mediante sobres debidamente sellados, dirigidos al Departamento de Compras del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico “Profesor Juan Bosch”, conforme a lo establecido en el presente Pliego.

La Oferta Económica deberá incluir obligatoriamente el Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033) o un documento equivalente de cotización, debidamente timbrado, firmado y sellado por la empresa oferente.

El Formulario de Oferta Económica no es subsanable. En consecuencia, la presentación de dicho formulario con alteraciones, tachaduras, borrones, enmiendas, ausencia de firmas o de sellos dará lugar a la descalificación automática del oferente, sin necesidad de trámite adicional, por parte de la Entidad Contratante.

Requisitos del Formulario de Oferta Económica

La Oferta Económica deberá contener de manera obligatoria el Formulario SNCC.F.033 o un documento equivalente de cotización.

El documento deberá estar debidamente timbrado, firmado y sellado por el representante legal autorizado del oferente.

No se admitirán correcciones, modificaciones, ni enmiendas de ningún tipo en el formulario presentado.

Cualquier incumplimiento a estos requisitos constituirá causa de descalificación, conforme a la normativa vigente.

Estas disposiciones se sustentan en la Ley núm. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento, en especial en los principios de transparencia, legalidad, seguridad jurídica, igualdad y no discriminación. Su cumplimiento garantiza una evaluación justa, objetiva y conforme a la normativa vigente, en protección de los intereses de la Entidad Contratante y del Estado dominicano.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA TÉCNICA:

Formulario De Oferta Económica (SNCC.F.033) o documento de cotización con el timbrado

II.1-2 Formulario De Presentación De La Oferta (SNCC.F.034)

II.1-3 Formulario De Entrega De Muestra (SNCC.F.056)

II.1-4 Formulario De Información Sobre El Oferente (SNCC.F.042)

II.1-5 Registro De Proveedor Del Estado (RPE) Actualizado

II.1-6 Certificación Al Día De La DGII

II.1-7 Certificación Al Día De La TSS

II.1-8 Copia De La Cedula / Pasaporte Del Representante Legal

II.1-9 Registro Mercantil Vigente

II.1-10 Compromiso Ético de Proveedores

II.1-11 Declaración Jurada Simple de Personas Naturales o Jurídicas según aplique

En la Oferta Técnica el oferente deberá indicar las marcas de los productos ofertados, así como la garantía aplicable, la cual deberá ser mayor a un (1) año para equipos, mobiliarios y servicios, cuando corresponda. Asimismo, los productos deberán contar con una fecha de caducidad superior a un (1) año, en los casos que aplique.

La oferta deberá presentarse debidamente firmada y sellada, acompañada de la ficha técnica correspondiente e imágenes del artículo ofertado. No se admitirán cotizaciones de productos que no cumplan con las especificaciones requeridas.

La presentación de la oferta técnica con alteraciones, tachaduras, borrones, o sin firmas o sellos será causal de descalificación del oferente por parte de la Entidad Contratante.

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO:

a) Cotizar las cantidades que puedan asegurar cumplir y entregar, cargar imágenes de todos los productos cotizados. En caso de ser necesario se estará pidiendo muestra como validación antes de la adjudicación.

b) No necesario participar en todos los ítems, pero indispensable cotizar la totalidad el artículo en el que el oferente esté interesado

c) Despachar en los plazos establecidos en el presente Pliego. Este proceso tiene una vigencia trimestral, siendo tentativamente la fecha de entrega:

d) Los Formularios deben estar todos firmados y sellados por el representante legal de la empresa.

- e) La fecha de vencimiento de los productos no puede ser inferior a 12 meses a partir de la fecha de entrega y recepción en nuestros almacenes en caso de que aplique.
- f) Disponibilidad inmediata para entrega de acuerdo con las fechas establecidas
- g) Validez de la oferta por el lapso de tiempo del proceso y hasta concluir la entrega total del pedido.
- h) Crédito no menor a 30 a 90 días y debe estar especificado en las documentaciones.
- i) Las condiciones específicas que se soliciten deben estar descritas en la cotización.
- j) Los documentos y/o certificaciones solicitadas deben estar vigente al momento de la publicación.
- k) Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (pesos dominicanos, RD\$)

Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B"

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregarán para su análisis por parte de los (las) peritos designados(as).

Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los (las) oferentes presentarán dos sobres, uno contentivo de la oferta técnica que se denominará "Sobre A" y otro contentivo de la oferta económica que se denominará "Sobre B".

Los documentos contenidos en el "Sobre A" y en el "Sobre B", deberán ser presentados tanto en original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar, junto con [Insertar número de fotocopias] fotocopia(s) simple(s) de los mismos, debidamente marcada en su primera página, como "COPIA" y en ella deberá constar la firma original del (la)oferente y de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

De igual forma, el original deberá firmarse en todas las páginas por el (la) oferente y estar foliadas, y cuando se trate de una persona jurídica deberá estar firmada por el (la) representante legal y llevar el sello social de la compañía.

Correcciones aritméticas. La corrección de errores aritméticos será aplicada por los peritos y se hará de la siguiente manera:

1. Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
3. Si existiere una discrepancia entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras.

Párrafo I. En caso de que no se indique si el precio ofertado incluye ITBIS, se solicitará aclaración del oferente sobre si los impuestos se encuentran integrados en el precio presentado, notificando de forma expresa en los términos establecidos en el presente reglamento.

El pliego de condiciones deberá fijar expresamente el plazo para aceptar la corrección, no pudiendo ser, para el caso de los procedimientos ordinarios, menor a dos (2) días hábiles.

Párrafo II. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada sin más trámite.

Descalificación de ofertas económicamente no sustentables o temerarias.

Podrá ser descalificada una oferta si en la etapa de evaluación económica la institución determina que el precio ofertado resulta no sustentable o temerario, por ser anormalmente bajo para cumplir con el objeto de la contratación. En estos casos, previo a decidir la descalificación, el responsable de la organización, gestión y ejecución del procedimiento de contratación deberá agotar previamente las siguientes actuaciones: 1. Solicitar por escrito al oferente que describa con mayor detalle todo elemento económico de su oferta que suscite dudas acerca de su aptitud para cumplir el contrato. 2. Los peritos evaluadores analizarán toda información adicional facilitada por el oferente conjuntamente con la que figure en su oferta para determinar finalmente si la oferta es o no sustentable.

Párrafo I. La decisión de descalificación de una oferta, por considerarse no sustentable o temeraria, deberá ser justificada mediante resolución motivada del órgano responsable del procedimiento, previo informe técnico emitido por los peritos evaluadores. Párrafo 11. Para descalificar una oferta, por considerarse no sustentable o temeraria.

1.11 GARANTIAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)

1.11.1 Garantía De Seriedad De La Oferta: NO APLICA

1.11.2 Garantía De Fiel Cumplimiento: Los adjudicatarios cuyos contratos excedan el equivalente en pesos dominicanos de USD 10,000.00 (Diez mil dólares con 00/100 cts.), están obligados a constituir una garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, como establece el Artículo 112 de un 4% y las empresas que sean MIPYMES del 1% del valor del contrato. Esta garantía bancaria o póliza de fianzas deberán ser emitidas por entidades bancarias y/o compañías aseguradoras de reconocida solvencia, con las condiciones de ser irrevocable, incondicionales y renovables, a ser presentada en el plazo establecido en el punto 1.3,

Cronograma del Procedimiento, en los porcentajes establecidos por la Ley por el monto total del contrato a disposición de la entidad contratante. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Entidad Contratante, notificara la adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera.

Obtenido la siguiente posición en el proceso de adjudicación, conforme al reporte de lugares ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la garantía y suscribirá

contrato de acuerdo con el plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

1.9.3 Devolución de las Garantías:

Garantía De Seriedad De La Oferta: NO APLICA Garantía De Fiel Cumplimiento: Una vez cumplido / finalizado el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

ERRORES NO SUB SANABLES:

Los errores no subsanables puede ser por:

- a. Presentar cantidades o características diferentes a lo solicitado, o excluir algún ítem del lote necesario para la realización de la propuesta.
- b. No cumplir con las Especificaciones Técnicas.
- c. Omitir requisitos o documentos No sub- sanables en el presente pliego de condiciones.

CRITERIOS PARA EVALUAR:

Las propuestas deberán obtener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad (CUMPLE/NO CUMPLE):

- **Elegibilidad:** Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
- **Disponibilidad:** Que el oferente cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
- **Capacidad Técnica:** Que el servicio cumpla con todas sus características especificadas en la Fichas Técnicas.
- **Muestra:** La presentación de las muestras es imprescindible para la evaluación de las mismas en caso de ser necesario.
- **Documentación Solicitada:** Presentación de las documentaciones enunciadas en el presente pliego.
- **Disponibilidad para entrega inmediata de acuerdo con la fecha establecida en las condiciones de entrega.**

CRITERIOS DE ADJUDICACION: La Unidad de Compras y/o el Comité de Compras y Contrataciones evaluarán las ofertas cumpliendo con los principios de transparencia, objetividad, economía y celeridad, comunicando por escrito al Oferente/Proponente favorecido. La evaluación considerará tanto los factores técnicos más favorables como los económicos.

La adjudicación se otorgará al Oferente/Proponente que cumpla con todos los requisitos exigidos y sea considerado el más conveniente para los intereses institucionales, tomando en cuenta precio, calidad y demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.

En caso de presentarse una sola oferta, esta podrá ser adjudicada siempre que cumpla con las especificaciones técnicas, calidad del producto y disponibilidad de entrega, evaluándose también la urgencia de la contratación.

DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de igualdad en la calificación final, ya sea por igualdad de precios o por igualdad de puntaje, el pliego de condiciones deberá determinar cómo se decidirá la adjudicación, aplicando alguno de estos criterios:

- 1) Se dará preferencia a la oferta que haya incluido la contratación de personas con discapacidad.
- 2) Presente un plan empresarial de responsabilidad para protección del medioambiente en su cadena de producción.
- 3) Haya propuesto en su oferta el compromiso de subcontratar a una empresa clasificada como MIPYME, MIPYME mujer, MIPYME industrial u otros sectores priorizados. Párrafo. El pliego de condiciones del procedimiento de contratación deberá establecer el medio de verificación del criterio de desempate. En los procedimientos en los cuales no se hayan recibido ofertas que presenten alguna de las propuestas enumeradas en el presente artículo o cuando el pliego de condiciones no indique un criterio de desempate, se procederá con una selección al azar, en presencia de notario público y de los interesados.

SUMINISTRO Y ENTREGA

Una vez formalizado el correspondiente acuerdo de Suministro entre la Entidad Contratante y el Proveedor, éste último iniciará el Suministro de los Bienes o Servicios que se requieran mediante el correspondiente pedido, sustentado en el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, que forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del presente Pliego de Condiciones Específicas.

Los proveedores se le notificaran a solicitud de la parte interesada los días específicos de los despachos de los bienes y/o servicios que les fueron adjudicados.

Si el Proveedor no supe los Bienes en el plazo requerido, se entenderá que la misma renuncia a su Adjudicación y se procederá a declarar Adjudicatario al que hubiese obtenido el segundo (2do.) lugar que cumpla con las especificaciones técnicas y así sucesivamente, en el orden de Adjudicación y de conformidad con el Reporte de Lugares Ocupados.

ENTREGA

Todos los bienes adjudicados deben ser entregados conforme a las especificaciones técnicas solicitadas, **en el almacén de suministro (almacén que tenga la orden de compra) del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch. Ubicado Autopista Juan Pablo Duarte Autopista Duarte km 101, El Pino, siempre con previa**

coordinación con las unidades de compra y/o almacén con fines de dar entrada a los bienes entregados.

Las entregas y/o servicio serán realizadas de un único despacho y serán acordadas por lo menos con 48 horas de anticipación entre las partes tomando en cuenta criterios de abastecimiento, disponibilidad de inventario, entre otros (si aplica).

Los horarios de entrega serán de lunes a viernes de 8:00 am hasta las 2:00 p.m., salvo se acuerde lo contrario en algún despacho específico o especial. Los despachos que lleguen fuera del horario establecido no podrán ser recibidos.

Indispensable que con la entrega el proveedor presente su orden de compras sellada y firmada y ficha técnica, estas deben efectuarse con su factura.

DEVOLUCION Y/O NO ACEPTACION DE BIENES

- a) Que los productos a entregar no se correspondan con lo acordado.
- b) Vigencia de los productos inferior a 1 Años.
- c) Productos en mal estado, con abolladuras u otro motivo que permita suponer la no eficacia y vulnerabilidad del mismo.
- d) Entregas pautadas fuera de las fechas y horarios determinados en el presente documento y/o acordadas con la institución.
- e) Productos en una presentación diferente a la contratada, a menos que exista un documento entre las partes que avale el cambio de presentación.
- f) Tachadura, borrones u similares en los conduce de entrega

Declaración de Desierto

La entidad contratante podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

Por no haberse presentado Ofertas de los servicios requeridos.

Por haberse rechazado, descalificado, o porque no sean convenientes para los intereses nacionales o institucionales, todas las Ofertas o la única presentada. Que la institución detecte que la oferta está sobrevaluada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

Incumplimientos y Sanciones

Los bienes y/o servicios brindados por el suplidor serán revisados en cada entrega, bajo los criterios de calidad establecidos, por la unidad requirente correspondiente; de no cumplir con uno de los criterios se le contará como 1 falta leve.

Párrafo I: se le denomina falta leve a lo siguiente:

- a) Retrasos en la entrega de los bienes y/o servicios
- b) Bienes y/o servicios entregados, no siendo lo solicitado
- c) Entrega de bienes y/o servicios sin el conduce firmado el mismo día del despacho o un día hábil como máximo

Párrafo II: se le denomina falta grave la siguiente:

- a) No entrega del bien y/o servicio en el tiempo establecido
- b) No entrega del bien y/o servicio con las condiciones contratadas
- c) La acumulación de 2 (dos) faltas leves

Las faltas leves deberán de ser subsanadas por el proveedor realizando los cambios de acuerdo a las especificaciones contratadas y según los criterios establecidos. Al acumular 2 faltas leves se le hará un aviso de falta grave, a la segunda falta grave, el **proveedor estará afectando su calificación para ser proveedor de la entidad contratante.**

FORMULARIOS

Listado de formularios a utilizar en el proceso, ver modelos editables adjunto dentro del proceso en el portal de Compras y Contrataciones

- ❖ Formulario De Presentación De La Oferta (SNCC.F.034)
- ❖ Formulario De Entrega De Muestra (SNCC.F.056) N/A
- ❖ Formulario De Información Sobre El Oferente (SNCC.F.042)
- ❖ Formulario Oferta Económica (SNCC.F.033)
- ❖ Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento Del Contrato (SNCC.D.038), cuando aplique.
- ❖ Formulario de Registro de Participantes (SNCC.F.019)
- ❖ Compromiso Ético de Proveedores



**HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROF. JUAN BOSCH**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO DE LA COMPRA: ADQUISICION DE INFADERM CREMA PARA EL
IER TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB.

REQUERIMIENTO: DEPT. DE FARMACIA.

DEPARTAMENTO: ALMACEN DE MEDICAMENTO.

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Definición	Cantidad
1	42171501	2.3.9.3.01	Bolsas para cadáveres	Bolsa color blanca en polietileno de baja densidad original con cremallera plástica central vertical de 2.20 x 1.05 m de calibre milésimas de pulgada. Resistencia mínima 130 kilogramos calibre 7mm. Para Adultos	100 Unidades
2	42142523	2.3.9.3.01	Aguja suelta no.18	En empaque individual, peel open, resistente, estéril, descartable para un solo uso, atoxico, apirogénico, hipo-alérgico. Hecha de acero inoxidable grado quirúrgico.	5,000 Unidades
3	42142502	2.3.9.3.01	Aguja raquí no.25	En empaque individual. aguja de acero quirúrgico	1,500 Unidades

				inoxidable lubricada con silicona grado médico y de paredes ultra finas con punta tribiselada. usado para analgesia y anestesia.	
4	14121702	2.3.3.2.01	Papel para envolver gasa 9x16	Rollo de papel crepado o grado médico, diseñado para envolver y proteger gasas estériles durante el proceso de esterilización.	60 Unidades
5	42131509	2.3.9.3.01	Batas desechables estéril	Sirve para proteger al personal médico y a los pacientes durante los procedimientos quirúrgicos.	2,000 Unidades
6	51102707	2.3.4.1.01	Avagar chg fc. 500 ml ref.9200	Antiséptico de manos para personal quirúrgico y de atención de la salud Con humectantes. Combina alcohol para una eliminación rápida de microorganismos, gluconato de clorhexidina para persistencia y emolientes para humectar la piel.	50 Unidades
7	42311513	2.3.9.3.01	Ácido fusídico (parche) c/10 fusibact	Parche de ácido fusídico, utilizado para afecciones cutáneas. Es un Antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis proteica bacteriana.	2,000 Unidades
8	42241809	2.3.9.3.01	Cabestrillo sin apoyo torácico	Cabestrillo simple para Brazo proporciona el soporte y comodidad necesarios para una recuperación óptima de lesiones, hombro o codo. Confeccionado en materiales suaves y transpirable.	300 Unidades

9	42312313	2.3.7.2.03	Durapred 26ml	Es una solución quirúrgica de preparación cutánea preoperatoria para pacientes. Amplio espectro antibacterial contra bacterias, virus y hongos para una mayor seguridad del paciente.	300 Unidades
10	42142402	2.3.9.3.01	Cánula de mayo no. 9	Se utilizan para mejorar la ventilación a través de la boca de pacientes inconscientes, sin reflejo nauseoso presente.	500 Unidades
11	42142402	2.3.9.3.01	Cánula de mayo no. 10	Se utilizan para mejorar la ventilación a través de la boca de pacientes inconscientes, sin reflejo nauseoso presente.	500 Unidades
12	42132101	2.3.9.3.01	Sabanitas desechables	Están diseñadas para absorber y contener fugas ligeras y moderadas, ofreciendo una excelente opción de protección en camas, camillas, sillas y durante procedimientos médicos.	10,000 Unidades

OBSERVACIONES IMPORTANTE: LEER PLIEGO DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA, ANEXAR IMÁGENES Y FICHA TECNICA DE BIEN O SERVICIO A COTIZAR, AL REALIZAR EL DESPACHO TRAER FACTURA, CONDUCE FIRMADA Y SELLADA, FICHA TECNICA, ORDEN DE COMPRAS ALMACEN CORRESPONDIENTE, RECEPCIÓN DE MERCANCIA DE LUNES A VIERNES DE 8: AM.A 2: PM. **SI NO TIENE EL BIEN FAVOR NO COTIZAR.**

- **LOS MEDICAMENTOS/INSUMOS MEDICOS DEBEN TENER FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 1 AÑO.**
- **DISPONIBILIDAD PARA ENTREGA INMEDIATA CANTIDAD COMPLETA SOLICITADA.**

FICHA TECNICA

BOLSA PARA CADAVER.

Bolsa color blanca en polietileno de baja densidad original con cremallera plástica central vertical de 2.20 x 1.05 m de calibre milésimas de pulgada. Resistencia mínima 130 kilogramos calibre 7mm

COSTURAS REFORZADAS

NOMBRE COMERCIAL Bolsa en polietileno tipo prime

GENERALIDADES Bolsa polietileno: para embalar cadáveres

Otros parámetros: con doble sellado por el ancho Cremallera con 1 slider para fácil manejo

REQUISITOS GENERALES Color: blanca Material: polietileno de baja densidad original (tipo prime)

REQUISITOS ESPECÍFICOS Calibre 7mm (175 micras) Dimensiones: 1.05 cms de ancho x 2.20 cms de largo

RANGO DE TOLERANCIA:

TAMAÑO +/- 5%, CALIBRE +/- 7%

PRESENTACION Unidad

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: AGUJA SUELTA #18

DESCRIPCION: Empaque individual, peel open, resistente a la manipulación y garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.

Envase de PVC transparente que permite observar el producto Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.

Descartables para un solo uso. Estéril, Atoxico, Apirógeno, hipoalergénico.

CARACTERISTICAS Hecho de Acero Inoxidable grado quirúrgico.

Disponibile en Medidas: 18G a 30G Cuenta con conector Luer lock que garantiza un ajuste seguro. Posee protector de plástico que protege la canula durante el proceso de uso.

Rapida identificación por código de colores del cono de acoplamiento.

Esterilizado con Oxido de etileno. El diseño de la aguja brinda seguridad durante la punción. Cuenta con paredes ultra finas.

Conforme a la Norma ISO 7864, ISO 9626 No exponer a temperaturas mayores de 40°C

INDICACIONES Para uso con jeringuillas en la administración de medicamentos, vacunas y/o toma de muestra de sangre.

VENTAJAS Punta tribiselada y siliconizada para minimizar el dolor al momento de punción.

FORMA DE PRESENTACION: Blister de papel grado medico y polietileno de alta densidad grado medico x 01 unidad estéril contenidas en caja de cartón grado medico x 100 unidades.

PROCEDENCIA: Elaborado por SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP Co. LTD - CHINA

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PREODUCTO: AGUJA RAQUI #25 Y #23

Empaque individual, que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes. Estéril, No toxico y Apirógeno.

CARACTERISTICAS: Aguja de acero quirúrgico inoxidable lubricada con silicona grado médico y de paredes ultra-finas con punta tribiselada para una aplicación menos dolorosa y un mejor flujo sanguíneo, con agujero dorsal, superficie lisa, no deformable con la presión de inserción durante el uso.

Cuenta con 2 tipos de punta de la aguja: tipo lápiz y tipo lanceta Esterilizado con Óxido de Etileno Empuñadura translucida. HUB de polipropileno. Protector de la aguja de Polipropileno. Fácil identificación por colores.

INDICACIONES: Analgesia en trabajo de parto y post-parto. Anestesia en intervenciones quirúrgicas. Extracción de líquido cefalorraquídeo. Medición de la presión de Líquido cefalorraquídeo.

PRECAUCIONES: Deben ser usadas por anestesiólogos o personal capacitado.

No reesterilizar ni reutilizar.

FICHA TECNICA

- **Nombre del producto:** Rollo de papel para envolver gases.
- **Descripción:** Rollo de papel crepado o de grado médico, diseñado para envolver y proteger gases estériles durante el proceso de esterilización.
- **Uso:** Ideal para la esterilización en autoclave o con gas ETO.
- **Características:** Resistencia a la humedad, resistencia a la rotura, barrera eficaz contra la contaminación, capacidad para soportar altas temperaturas y presiones.
- **Composición:** Papel crepado o de grado médico, con o sin película de polipropileno o poliéster transparente.
- **Indicadores de esterilización:** Franja indicadora que cambia de color después de la esterilización, indicando que el proceso se ha completado correctamente.
- **Tamaños:** Disponibles en diferentes anchos y longitudes para adaptarse a diferentes necesidades.

Especificaciones técnicas:

- **Material:** Papel crepado, papel de grado médico, celulosa blanqueada, pulpa virgen de madera.
- **Gramaje:** Normalmente entre 60 y 70 g/m².
- **Ancho:** Puede variar desde 60 cm hasta 100 cm o más.
- **Longitud:** Puede variar desde 50 metros hasta 100 metros o más.
- **Resistencia a la humedad:** Debe ser capaz de soportar la humedad durante el proceso de esterilización.
- **Resistencia a la rotura:** Debe ser resistente a la rotura durante el manejo y el proceso de esterilización.
- **Indicadores de esterilización:** Debe tener indicadores químicos o físicos que cambien de color al completar el proceso de esterilización.

Recomendaciones de almacenamiento:

- **Lugar fresco y seco:** Almacenar en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 15 y 25°C.
- **Protección contra la luz:** Proteger del sol y de la luz directa.
- **Envase original:** Mantener en su envase original hasta el momento de su uso.


Información adicional:

- **Normas de calidad:** De acuerdo con las normas ISO 11607 y EN 868.
- **Producto de un solo uso:** El rollo de papel es de un solo uso y no debe ser reutilizado.



Beneficios:

- **Asegura la esterilización:** Permite envolver las gasas y otros materiales médicos para asegurar su esterilización.
- **Protege contra la contaminación:** Previene la contaminación del material estéril durante el almacenamiento y manipulación.
- **Facilita el manejo:** Permite un manejo sencillo y seguro del material estéril.
- **Cumple con las normas de calidad:** Cumple con las normas de calidad y seguridad establecidas.



FICHA TECNICA

BATAS QUIRURGICAS ESTERIL:

La **bata quirúrgica estéril** es un elemento crucial en el entorno quirúrgico para proteger al personal y al paciente durante los procedimientos.

Diseñada para cirugías de duración media y con fluidos moderados.

Nivel de protección estándar frente a microorganismos y fluidos.

Cumple con los estándares de la norma.

Destinada a intervenciones de alto riesgo y cirugías con alto volumen de fluidos.

Ofrece alta protección (HP).

Minimiza el riesgo de entrada de microorganismos por las costuras.

También cumple con la normativa.

Disponible en tallas M, L, XL y XXL.

Bata de Aislamiento Impermeable:

Fabricada en tejido sin tejer (TST) con un gramaje de 57 g/m².

Impermeable y diseñada para un solo uso.

Ideal para aislar y proteger al personal en situaciones específicas.

Puños y tiras de amarre para mayor comodidad.

Bata quirúrgica estándar plus estéril.

Destinada a cirugías de corta duración y con fluidos moderados.

Confortable y transpirable.

FICHA TECNICA

NOMBRE PRODUCTO: AVAGAR ANTISEPTICO

El único antiséptico de manos disponible que combina 2 ingredientes activos más una loción para una actividad antimicrobiana eficaz y acondicionamiento de la piel.

Protección antimicrobiana persistente.

- Aprobado por la FDA como lavado de manos para personal de atención médica Antiséptico para manos con humectantes para el personal quirúrgico y de cuidados de la salud Desde que en 2001, lanzamos al mercado el primer antiséptico quirúrgico que se aplica sin agua y sin cepillado, ha sido la marca pionera respecto a las soluciones para la higiene de manos en cuidados de la salud. El antiséptico para manos con humectantes Avagard para el personal quirúrgico y de cuidados de la salud:

Proporciona una acción bactericida rápida y eficaz

Proporciona una protección duradera de hasta seis horas

Contiene una base de loción avanzada y rica en emolientes que ayuda a evitar la sequedad y el agrietamiento de las manos

Está disponible en dos tamaños: 500 ml y la nueva botella de 1.2 litros, que permite evitar el recambio frecuente.

Lineamientos del CDC para la antisepsia quirúrgica de manos “Antes de ponerse guantes estériles para procedimientos quirúrgicos, utilizar un jabón antimicrobiano o una solución a base de alcohol para la limpieza de manos de protección duradera”. R Directrices de la OMS sobre la higiene de manos “La eficacia antimicrobiana de las formulaciones a base de alcohol es superior a la de todos los demás métodos actualmente disponibles para la preparación pre quirúrgica de las manos. Numerosos estudios han demostrado que las formulaciones que contienen entre un 60 y un 95% de alcohol solo o entre un 50 y un 95% cuando se combina con pequeñas cantidades de compuesto de amonio cuaternario (QAC), hexaclorofeno o gluconato de clorhexidina, son más eficaces que otros agentes a la hora de reducir la cantidad de bacterias en la piel inmediatamente después del lavado”. Prácticas recomendadas para la higiene de manos de la Asociación de Enfermeras Perioperatorias Registradas “El personal de asistencia sanitaria debe realizar un proceso de antisepsia quirúrgica de manos antes de colocarse los guantes para realizar una cirugía u otro procedimiento invasivo. Se acepta el uso de un agente antimicrobiano de lavado quirúrgico para la antisepsia de manos o una solución antiséptica a base de alcohol para el lavado quirúrgico de protección duradera y acumulativa comprobada que cumpla con los requisitos normativos de la Administración de Drogas.

Alimentos (FDA) respecto a la antisepsia de manos”.

Referencia: 9200



FICHA TECNICA

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Ácido Fusídico 20 mg/g parche

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada gramo contiene 20 mg de ácido fusídico.

Excipientes con efecto conocido: La crema también contiene 0,04 mg de butilhidroxianisol, 111 mg de alcohol cetílico y 2,70 mg de sorbato de potasio (E202) por gramo de crema.

Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.

FORMA FARMACÉUTICA

Crema homogénea y blanca.

DATOS CLÍNICOS

Indicaciones terapéuticas

Infecciones cutáneas por estafilococos y estreptococos: impétigo y dermatosis impetiginizada en el tratamiento local sólo para formas localizadas de un pequeño número de lesiones, en el tratamiento local combinado con un tratamiento antibiótico sistémico adecuado para formas más extensas, desinfección de zonas microbianas cutáneo-mucosas, en portadores sanos de estafilococos y después de infecciones por estafilococos, concretamente forunculosis.

Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales referentes al uso adecuado de agentes antibacterianos.

Posología y forma de administración: Aplicación local con o sin apósito, una o dos veces al día, después de limpiar la superficie infectada.

Evitar la aplicación de una capa gruesa. Para información, el tratamiento se debería limitar a una semana.

La forma de crema está adaptada particularmente para lesiones maceradas e infiltrantes y pliegues cutáneos.

No use la formulación pomada para el tratamiento de lesiones maceradas e infiltrantes, pliegues cutáneos o úlceras en las piernas.

Ficha técnica

Cabestrillo sin apoyo torácico.

El **Cabestrillo Simple** ofrece una solución óptima para la contención y recuperación de lesiones del brazo y hombro, siendo una herramienta esencial para la inmovilización parcial. Este producto, también buscado como cabestrillo ortopédico, soporte de brazo, inmovilizador de hombro o banda de sujeción para brazo, es ideal para proporcionar soporte y estabilidad durante el proceso de sanación. Fabricado en algodón suave y con ajuste en abrojo, este cabestrillo garantiza comodidad y facilidad de uso para todas las edades y tamaños, desde pediátrico hasta extra grande, facilitando la recuperación de una amplia gama de patologías.

Patologías Comunes:

- **Fracturas:** Ideal para el soporte de fracturas en el brazo o clavícula.
- **Lesiones de tejidos blandos:** Como esguinces o desgarros musculares.
- **Cirugías:** Recomendado para la recuperación post-operatoria, ayudando a mantener el brazo inmovilizado.
- **Dislocaciones:** Proporciona estabilidad para la recuperación de dislocaciones de hombro.
- **Tendinitis:** Soporte durante la fase de recuperación de inflamaciones tendinosas.
- Talle 3 Adultos: hasta 37 cm (largo de antebrazo)
- Talle 4 Extra Grande: hasta 40 cm (largo de antebrazo)

Características Destacadas:

- **Material de Calidad:** Fabricado en algodón premium, proporciona suavidad y evita roces, asegurando confort durante el uso prolongado.
- **Ajuste Personalizable:** Con su cierre de abrojo regulable, ofrece un ajuste seguro y cómodo para cualquier tamaño de brazo.
- **Soporte Efectivo:** Incluye una almohadilla cervical acolchada para mayor comodidad y disminución del estrés sobre el hombro.
- **Versatilidad:** Apto para una amplia gama de condiciones, desde lesiones leves hasta recuperación postquirúrgica.

Instrucciones de Uso:

Coloque el brazo lesionado dentro del cabestrillo en posición de 'L'.

Pase la tira superior por encima del hombro contrario y ajústela a través del pasador para asegurar una altura óptima.

Asegure el abrojo para mantener el cabestrillo en su lugar y ajuste la almohadilla cervical para maximizar la comodidad.

FICHA TECNICA

Nombre producto: DuraPrep Solución. Aplicador x 26ml.

Amplio espectro antibacterial contra bacterias, virus y hongos para una mayor seguridad del paciente.

La solución de DuraPrep™ mantiene bajo los conteos de bacterias hasta por 48 horas después de la exposición a sangre y a solución salina y al menos 12 horas contra bacterias transitorias.

De acción rápida, por sus principios activos elimina el 99.9% de las bacterias.

- Combina dos agentes antimicrobianos de amplio espectro: Alcohol para una desinfección y secado rápido, y un Iodóforo para una larga protección antimicrobiana
- Al secarse se forma una capa polimérica, insoluble al agua, resistente a la sangre y a la solución salina para un mayor efecto residual
- Solución estéril en una presentación individual de dosis única, que facilita el procedimiento de preparación de la piel y la adaptación a protocolos de la institución
- Solución estéril en una presentación individual de dosis única, que facilita el procedimiento de preparación de la piel y la adaptación a protocolos de la institución
- Flujo controlado de solución que minimiza los derrames y ambientes más limpios. No se requiere el uso de esponjas, bandejas, compresas y recipientes, lo que permite el ahorro de recursos
- Ahorra tiempos de preparación de la piel del paciente
- La eficacia del producto ha sido comprobada con múltiples estudios realizados in vitro, in vivo

Ficha tecnica

Canula de mayo #10, #9, #8,

El tubo orofaríngeo (guedel o **cánula de mayo**) está diseñado para mejorar la ventilación a través de la boca de pacientes inconscientes, sin reflejo nauseoso presente. La inserción incorrecta de un dispositivo para la vía aérea puede desplazar la lengua y llevarla hacia la hipofaringe y de esa manera, obstruir las vías aéreas.

El "Tubo de Mayo" es una herramienta indispensable en el ámbito de la medicina, especialmente en gastroenterología. En esta guía completa, aprenderás todo lo necesario para utilizarlo de manera efectiva y realizar mediciones precisas. Desde su correcta manipulación hasta la interpretación de los resultados obtenidos, este recurso te proporcionará toda la información necesaria para aprovechar al máximo su potencial. A través de este video, podrás visualizar de forma práctica cómo se realiza el uso y la medición con el "Tubo de Mayo". ¡No te pierdas esta oportunidad de mejorar tus habilidades en este campo!

El **tubo de Mayo** es un instrumento médico utilizado en procedimientos endoscópicos para la visualización y exploración de las vías respiratorias como la tráquea y los bronquios. Este dispositivo, también conocido como broncoscopio rígido, consta de un tubo metálico delgado y flexible que se introduce a través de la boca o la nariz del paciente para llegar a las vías respiratorias.

El **tubo de Mayo** se utiliza principalmente en situaciones en las que es necesario examinar el interior de las vías respiratorias en busca de anomalías como tumores, inflamaciones, infecciones o cuerpos extraños que puedan estar obstruyendo el paso del aire. Además, este instrumento permite la toma de muestras de tejido (biopsias) para su posterior análisis.





Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452
"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria "

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

Sabana desechable

Indicaciones terapéuticas:

Colocar sobre la colchoneta o camillas

Este producto es de uso personal, industrial, medico, laboratorios y profesionales de la belleza. Ideal para evitar al paciente el contacto directo con la camilla de reconocimiento.

CARACTERISTICAS

Sabana plana: Elaborado tela no tejida de 40 gramos, 100% polipropileno.

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42171501	Bolsas para cuerpos para desastres para servicios médicos de emergencia	Bolsas para el cuerpo o bolsas para cadáveres.	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42142523	Agujas hipodérmicas	Es un producto sanitario formado por una aguja hueca normalmente utilizada con una jeringa para inyectar sustancias en el cuerpo. También pueden ser utilizados para tomar muestras de líquidos y tejidos del cuerpo, por ejemplo tomando sangre de una vena en la venopunción. Son principalmente de acero inoxidable	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42142502	Agujas para anestesia	Instrumento utilizado para aplicar fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo y sea con o sin compromiso de conciencia.	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
14121702	Papeles cilindro o papel pesado multi – capas	Es un tipo de papel que viene en cilindros ya preparado para su corte.	2.3.3.2.01	Papel y cartón

Guía de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42131509	Batas de hospital	Es una pieza de ropa amplia y larga que sirve para protegerse de cualquier daño que puedan hacer las sustancias químicas a la ropa o al personal de hospitales o clínicas	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
51102707	Gluconato de clorhexidina	Agente antimicrobiano tópico que pertenece al grupo de las biguanidas, al igual que elclorhidrato de clorhexidina y el acetato de clorhexidina. Esta molécula es soluble en agua y en alcohol, lo que aumenta su efectividad.	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42311513	Compresas de gel	Es un vendaje con un gel integrado. Puede ser adhesivo o diseñado para su uso con cinta médica que se puede utilizar para fijar el vendaje en su lugar. Tales apósitos se han desarrollado para una variedad de propósitos, que van desde el tratamiento de heridas de quemaduras frescas para reducir el tamaño de las cicatrices y queloides.	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42241809	Filtros de recubrimiento ortopédico para los hombros	Productos y equipos ortopedicos para el hombro	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42312313	Soluciones de limpieza de heridas	Productos de limpieza que contienen conservantes para retardar el crecimiento de bacterias, moho y hongos, y extender la vida útil del producto.	2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42142402	Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico	Drenaje de succión cerrado para extraer líquidos que se acumulan en áreas del cuerpo después de la cirugía o cuando usted tiene una infección.	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio

Guia de Imputacion

Código	Descripción	Definición	Auxiliar	Denominación
42132101	Protectores de colchón o silla para hospital	Almohadillas absorbentes rectangulares diseñadas para proteger las camas de los hospitales.	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio