

Ficha Técnica Estandarizada

IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO

Nombre:

REACTIVOS AIA

Código UNSPSC / Clasificación estandarizada:

41116002 – Kits de pruebas de diagnóstico

Uso específico del bien:

Reactivos, calibradores, controles y consumibles utilizados en el **analizador inmunoenzimático AIA-900**, destinados a la determinación de pruebas hormonales y marcadores tumorales en laboratorio clínico.

Unidad de medida y cantidad

Producto	Unidad	Cantidad
AIA-900 TSH ST 360 Pack c/100 pruebas 3ra generación + calibrador	Kit	15
AIA-900 TT3 Total ST Pack c/100 pruebas + calibrador	Kit	15
AIA-900 FT4 Libre/Free ST Pack c/100 pruebas + calibrador	Kit	15
AIA-900 TT4 Total ST Pack-360 c/100 pruebas + calibrador	Kit	15
AIA-900 PSA Total Pack c/100 pruebas + calibrador	Kit	15
AIA-900 PSA Libre/Free ST Pack c/100 pruebas + calibrador	Kit	15
AIA-900 Standarización Set Cup 200/360/900/2000 STD	Kit	1
AIA-900 Wash Concentrate 4x100 ml (AIA-Pack)	Und	10
AIA-900 Sustrato AIA-Pack II 4x100 ml	Und	10
AIA-900 Sample Cups Tosoh c/100 unidades	Paq	120
AIA-900 Diluyente Concentrate 4x100 ml	Und	7
AIA-900 MAC Controls 6x3 ml	Und	2

DESCRIPCIÓN

Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Ficha Técnica Estandarizada

Suministro de **reactivos, calibradores, controles y consumibles originales o compatibles** para el analizador **AIA-900**, utilizados en la ejecución de pruebas hormonales (TSH, T3, T4) y marcadores tumorales (PSA), garantizando precisión, confiabilidad y control de calidad en los resultados de laboratorio.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reactivos (TSH, T3, T4, PSA)

- Tipo: Kits de reactivos para inmunoensayo.
- Presentación: **100 pruebas por kit.**
- Incluyen calibradores.
- TSH de **tercera generación.**
- Uso: Determinación de hormonas tiroideas y antígeno prostático específico.
- Compatibles con equipo **AIA-900.**
- Producto original o certificado compatible.

Set de estandarización

- Set de calibración para el equipo AIA-900.
- Niveles: **200 / 360 / 900 / 2000 STD.**
- Permite la correcta calibración del analizador.

Wash Concentrate

- Solución de lavado concentrada.
- Presentación: **4 x 100 ml.**
- Uso: Limpieza y mantenimiento del sistema analítico.

Sustrato AIA-Pack II

- Reactivo sustrato para reacción enzimática.
- Presentación: **4 x 100 ml.**

Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Ficha Técnica Estandarizada

- Compatible con el sistema AIA-900.

Sample Cups

- Copas para muestra.
- Presentación: **paquete de 100 unidades.**
- Material plástico de grado médico.
- Compatibles con el equipo.

Diluyente Concentrado

- Solución diluyente para muestras o reactivos.
- Presentación: **4 x 100 ml.**

Controles (MAC Controls)

- Controles de calidad para verificación de resultados.
- Presentación: **6 x 3 ml.**
- Uso: Control interno del sistema analítico.

Requisitos generales para todos los productos

- Compatibilidad garantizada con el equipo **AIA-900.**
- Productos nuevos, originales o certificados.
- Empaque sellado de fábrica.
- Registro sanitario vigente.
- Identificación de:
 - Lote
 - Fecha de fabricación
 - Fecha de vencimiento

CONDICIONES GENERALES

- Vida útil mínima de **12 meses al momento de la entrega.**
- Cumplimiento de normas de calidad para laboratorio clínico.
- Los oferentes deberán **cotizar la totalidad de los renglones solicitados.**

CONDICIONES DE ENTREGA

- Entrega inmediata o según requerimiento del área.
- Entregas parciales permitidas.
- Entrega en el lugar designado por la entidad contratante.
- En caso de no especificarse, entrega en los **almacenes del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.**

CONDICIONES DE PAGO

- Crédito a **30 días** luego de recibido conforme.
- Anticipo de hasta **20% para MIPYME**, según Reglamento **543-12.**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Cumplimiento técnico.
- Compatibilidad con el equipo AIA-900.
- Calidad y certificaciones.
- Tiempo de entrega.
- Precio conforme normativa de compras públicas.

Condiciones de entrega:

Disponibilidad de los productos cotizados para entrega inmediata.
Debe cotizar todas las cantidades y renglones solicitados.

Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Ficha Técnica Estandarizada

Las entregas pudieran ser solicitadas de manera parcial según requerimientos del área solicitante.

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Las entregas se librarán en el lugar designado por la Entidad Contratante dentro del ámbito territorial de la República Dominicana y conforme al Cronograma de Entrega establecido. En caso de no especificarse, se entenderá que el lugar de entrega serán los almacenes del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Condiciones de Pago

En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) la entidad contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso del anticipo (la garantía debería ser ejecutable a primer requerimiento). La entidad contratante no podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Los pagos se realizarán con posterioridad a las entregas, parciales y periódicas, verificadas y aprobadas, de los productos adquiridos o de los servicios brindados, en un plazo comprendido a 30 días a partir del recibimiento de la factura.

Errores no subsanables:

Los productos cotizados que no se correspondan con lo solicitado.

Presentar ofertas con datos que le prevean una ventaja en el proceso.

Muestras son requeridas para ser sometidas a criterio del área solicitante, la calidad del producto será un parámetro primordial a tomarse en consideración. Cuando sea consideración las muestras de los productos serán usadas en su totalidad por las áreas evaluadoras o en su defecto serán conservadas por un periodo de dos días hábiles después de la adjudicación.

Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Ficha Técnica Estandarizada

CREACIÓN:

Fecha	Realizado por:	Aprobado Por:
Referencia:		

CONTROL DE CAMBIOS:

No.	Fecha	Realizada /Aprobada por:	Descripción y Referencias:

NOTA: Las secciones “Creación” y “control de cambios” son de uso exclusivo de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

No hay nada escrito después de esta línea



Rosanne Y. Medina
Subdirector-Financiero



COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
SUBDIRECCIÓN
FINANCERA
ADMINISTRATIVA
San José, Domingo Morúa, S. D.

Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Ficha Técnica Estandarizada

