

**Programa de Medicamentos Esenciales/ Central de Apoyo Logístico
(PROMESE/CAL)**

Comité de Contrataciones Públicas

CIRCULAR NO. 01

Fecha: 08 de septiembre de 2026.

**Procedimiento de Licitación Pública Nacional,
Referencia: PROMESE/CAL-CCC-LPN-2026-0015, Adquisición de Insumos y
Reactivos Para el Correcto Funcionamiento del Laboratorio Nacional de Referencia
en Salud pública Dr. Defillo.**

En respuesta a las consultas realizadas por los oferentes participantes en la Licitación de referencia, de conformidad con lo establecido en la Sección IV, numeral 14, correspondientes a las Consultas, Solicitud de Aclaraciones y Enmiendas, de conformidad al Cronograma de Actividades de la misma, tenemos a bien informar lo siguiente:

PREGUNTA: Estimados:

Solicitamos aclaración respecto a los siguientes Ítem:

No. 228, “Proteinasa K reconibinante, grado PCR”, debido a que en las especificaciones técnicas publicadas no se indica el **volumen o cantidad de producto que debe contener cada frasco o unidad de presentación.**

Agradecemos indicar el volumen requerido por frasco/unidad (por ejemplo, mL o ul) a fin de garantizar que las propuestas puedan ser comparadas bajo las mismas condiciones.

Ítem No. 197 – Kit de extracción y purificación de ARN a partir de muestras biológicas

En las especificaciones técnicas se establece una presentación de **250 reacciones.** Solicitamos confirmar si serán consideradas ofertas de productos que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y que sean ofertados en **presentaciones de 50 reacciones**, siempre que la cantidad total ofertada corresponda a **250 reacciones** (por ejemplo, 5 kits de 50 reacciones), en lugar de una única presentación de 250 reacciones.

Agradecemos confirmar si esta modalidad de presentación será aceptada.

Saludos


RESPUESTA: En atención a las consultas realizadas, nos permitimos aclarar lo siguiente:

1. **Ítem No. 228 – Proteína K recombinante, grado PCR:**
La presentación requerida corresponde a **1 vial de 1 mL**, con una concentración de **>600 U/mL**.
2. **Ítem No. 197 – Kit de extracción y purificación de ARN:**
No existe inconveniente con la modalidad de presentación, siempre que se mantenga la **cantidad total de 250 reacciones** solicitada. En ese sentido, podrán ser ofertados **5 kits de 50 reacciones cada uno o 1 kit de 250 reacciones**.

Atentamente,



Lic. Francisco Vasquez Concepcion,
Director Jurídico y Asesor Legal del
Comité de Compras y Contrataciones
de PROMESE/CAL.



Lic. Robert Dante Urbaez Cuevas,
Enc. Depto. de Compras y Contrataciones
Licitaciones de PROMESE/CAL.