



**HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD “DRL”
FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BASE AEREA “SAN ISIDRO”
SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MICROBIOLOGÍA AUTOMATIZADA PARA SER
UTILIZADO EN EL HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD “DRL”**

**Proceso de Contratación Simplificada
SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATACIONES PUBLICAS
HOSP RAMON DE LARA-CCC-CP-2026-0003**

**SANTO DOMINGO ESTE.
Septiembre 2026**

1. INVITACIÓN

El HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD., “DR. RAMON DE LARA”, en virtud de lo establecido en la Ley 47-25, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, que sustituyó la Ley 340-06 y su Reglamento de aplicación No. 52-26, de fecha (28) de enero del dos mil veintiséis (2026). Invita a todas las personas naturales y/o jurídicas interesadas a los fines de presentar su mejor oferta para la **Adquisición de Equipo de Microbiología Automatizada**.

2. OBJETIVO Y DISPOSICIONES GENERALES.

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar el procedimiento de Contratación Simplificada **Referencia HOSP RAMON DE LARA-CCC-CP-2026-0003**.

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que esté bajo la responsabilidad del mismo.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación, se detallan las especificaciones técnicas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de contrataciones.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	Equipo De Microbiología Automatizada.	01

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aplicación Principal	Identificación Microbiana (ID) y Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana (AST)
Principios de Detección Colorimetría	Colorimetría (para ID) y Turbidimetría (para AST/CMI)
Capacidad de Carga	Hasta 60 tarjetas abordo en simultáneo (según el modelo exacto y nivel de automatización)
Capacidad de la Base de Datos	Más de 500 especies y subespecies de microorganismos de rutina

Grupos de Microorganismos	Enterobacteriaceae, No fermentadores, Staphylococcus, Streptococcus, Anaerobios, Vibrio, Hongos/Levaduras, etc.
Cobertura de Antimicrobianos	Base de datos compatible con más de 200 tipos de antibióticos
Tiempo de Incubación/Resultado	8 a 24 horas (dependiendo de la tasa de crecimiento bacteriano)
Criterios de Interpretación	Actualizados según normativas internacionales CLSI y EUCAST
Detección de Resistencia Avanzada	BLEE, AmpC, MRSA, VRE, VRSA, HLLAR, entre otros fenotipos críticos
Conectividad y Red	Soporte bidireccional para Sistema de Información de Laboratorio (LIS) y exportación directa a WHONET
Voltaje de Operación	AC 100-240V, 50/60Hz (Compatible con redes estándar de laboratorio)
Kit de Inicio de Consumibles	Solicita un paquete inicial de tarjetas de prueba (Paneles Gram-negativos, Gram-positivos y de Levaduras) junto con sus respectivos caldos/soluciones de suspensión.
Accesorios integrados	Tener incluido Auto-pipeteador y Turbidímetro.
Servicios de Instalación	Debe estipularse la instalación física, la calibración inicial de fábrica (IQ/OQ) y la capacitación del personal del laboratorio.

Nota: Los Oferentes/proponentes deberán considerar la Entrega inmediata después de la certificación de contrato.

4. FORMA DE PRESENTACIÓN.

El idioma oficial de presentación para el presente proceso de Contratación Simplificada es el **español**, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente y el departamento de Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o de encontrarse en un idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

El precio de la oferta deberá estar en la moneda Nacional, es decir en **pesos dominicanos (RD\$)**, y esta deberá de tener una vigencia mínima de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de recepción de su propuesta.

NOMBRE DEL (LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social) Firma del (la) Representante Legal COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE, FARD. "DR. RAMON DE LARA"
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B) REFERENCIA: HOSP RAMON DE LARA-CCC-CP-2026-0003
DIRECCION: Calle Dávila Quezada, San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, República Dominicana.
TELÉFONO: 809-591-1198.

METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL CATÁLOGO.

El catalogo será evaluado bajo el criterio **CONFORME/NO CONFORME** en cada uno de los aspectos descritos en las especificaciones técnicas, de acuerdo con la siguiente tabla:

CATALOGO: RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD

ÍTEMS	CRITERIO A EVALUAR
1	CONFORME/NO CONFORME

*****FIN*****