



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Especificaciones Técnicas
REF: SDS-DAF-CM-2020-0010

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA CON GOMA AZUL DESCARTABLE 50/1, ALTA EFICACIA A LA FILTRACION BACTERIANA (EFB) % $\geq 98\%$, PRESION DIFERECIAL (PA), RESISTENCIA A LA RESPIRACION < 49 , PRESION DE RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS (kPa) ≥ 16 , LIMPIEZA ANTIMICROBIANA (ufc/g) ≤ 30 . ALTA RESISTENCIA A LA RUPTURA CON LOS 4 BORDES TERMOSELLADOS CERTIFICADA POR LA ICR Y LA FDA, MATERIAL FILTRANTE DE ALTO ESTANDAR CON FUNCION PERFECTA, TRES CAPAS DE PROTECCION.	CAJAS	500
2	TERMOMETRO DE FRENTE INFRARROJO SIN CONTACTO MEDICION DE TEMPERATURA ELECRTRICA MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL CON FUNCIONES DE MEMEORIA FONDO TRICOLOR FÁCIL DE LISTO EN PANTALLA DIGITAL, UN BOTÓN DE FÁCIL OPERACIÓN MEDIDA ECONOMICA DE AHORRO DE ENERGÍA MEDIDA MÁS DE 3000+ Descripción: La distancia de medición de temperatura es de 3cm-5cm (sin contacto). El rango es de 34 ° C- 42 ° C (93.2 ° F -107.6 ° F). La precisión es de ± 0.3 ° C. El tiempo necesario para que toma la temperatura es inferior a 1 segundo. Uso de sensor infrarrojo de alta precisión, rendimiento estable y confiable. Puede guardar 32 conjuntos de datos de prueba, puede cambiar ° C / ° F. Gran pantalla LCD, luz de fondo de alto brillo, pantalla clara. El apagado automático de 40 s ahorra energía. Cuenta con manual en español CON CERTIFICADO Y REGISTO SANITARIO	UNDS.	4





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Especificaciones Técnicas
REF: SDS-DAF-CM-2020-0010

Documentos a Presentar:

1. Certificación de Dirección general de Impuestos Interno (DGII) **Subsanable**
2. Certificación de Tesorería de la Seguridad Social (TSS) **Subsanable**
3. Registro de Proveedores del Estado **RPE Subsanable**
4. Constancia de Conocimiento del Código de Ética de la Superintendencia de Seguros. **Subsanable**
5. Ficha técnica **No subsanable**
6. Deben entregar muestra de la mascarilla.

LOURDES B. GRULLON
DIRECCION ADMINISTRATIVA

