

Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452
"Año del Fomento a las Exportaciones"

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA:

Sello bajo agua completo

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

USOS:

Sistema de drenaje de tres cámaras con sello de agua y aspiración. Todo ello integrado en una maleta de plástico duro y transparente de donde sale el tubo de conexión al catéter torácico. Es un equipo desechable, basado en el sistema de drenaje de las tres botellas

Envase Inmediato:

Caja sellada que garantice la integridad del producto y evite la exposición al polvo y la humedad

Condiciones Biológica:

Estéril, no tóxico, libre de pirógenos

