

Domingo 28, marzo 2021
Puerto Plata, República Dominicana

A: Dr. Mario Lama
Director Ejecutivo Servicio Nacional de Salud

Atención: Ing. Alexander Ramírez
Director de infraestructura y Equipos Servicio Nacional de Salud

Vía: Dr. Manuel Jacinto Lora Perello
Director Regional II de Salud Norcentral

Dra. Lidia Esther Pérez de Taveras
Supervisor de Área De Salud, Puerto Plata

Asunto: Solicitud de Tubo CTR 150 Tomógrafo PHILIPS


Después de un cordial saludo, aprovechamos el mismo para informarles que el Tubo CTR 150 del Tomógrafo PHILIPS Modelo MX16 de nuestra institución, está fuera de servicio por haber sobrepasado el número de exposiciones promedio, presentando problemas en los arqueos en la generación. Ante esta situación extendemos la necesidad de apoyo económico para la compra de dicho tubo, ya que el costo del mismo sobrepasa a la capacidad adquisitiva de la institución.

Recordamos que, siendo un hospital COVID-19 / Polivalente nos urge tener este servicio de apoyo diagnóstico de imágenes disponible a la brevedad posible. En promedio, en el centro se realizan alrededor de 80-90 tomografías diarias, tanto para apoyos diagnósticos de imágenes COVID-19 del municipio cabecera y alrededores de toda la provincia, sumado a los estudios de casos polivalentes.

Adjunto el informe diagnóstico del equipo por el suplidor y las cotizaciones de lugar.

Esperando la misma sea acogida y esperando por su acostumbrada colaboración siempre.

Atentamente,


Dr. Carlos Rafael Reyes Salas
Director General

