

**1 Nombre del material o equipo:**

CAMILLA HOSPITALARIA FIJA

**2 Código:**

**5000875**

**3 Descripción del equipo:**

Equipo mecánico de tres cuerpos que se utiliza para descanso temporal y revisión del paciente, sin barandas laterales y con facilidades para abordaje de los especialistas médicos.

**4 Forma y Dimensiones:**



**5 Especificaciones técnicas:**


- 5.1 Obligatoriamente debe tener una estructura metálica en acero inoxidable.
- 5.2 Obligatoriamente debe soportar un peso mínimo de 120 Kg.
- 5.3 Obligatoriamente debe tener soportes ajustables para ubicar accesorios.
- 5.4 Obligatoriamente debe tener las patas terminadas en regatones de plástico.
- 5.5 Obligatoriamente la plataforma debe disponer de un sistema de ajuste de la elevación e inclinación.
- 5.6 Obligatoriamente la parte acolchada debe ser de material impermeable.
- 5.7 Obligatoriamente la camilla debe tener como mínimo las siguientes dimensiones 74 x 21 x 30 pulgadas

**6 Aplicación del equipo:**

Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como consultorios. Este mobiliario está a disposición del personal de enfermería entre otros profesionales

**7 Observaciones importantes:**

- 7.1 Requiere entrega de ficha técnica del producto ofertado para fines de evaluación.
- 7.2 El equipo no debe tener imperfecciones en ninguna de sus partes y funcionar correctamente. Cualquier imperfección será motivo de descarte.



Para uso exclusivo de empleados de **EDESUR**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

**EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.**



<b>TÍTULO:</b> HOJA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O COLECTIVA		<b>FECHA:</b> SEP.-2022	
		<b>VERSIÓN:</b> 2	
<b>DIRECCIÓN:</b> GESTIÓN HUMANA	<b>GERENCIA:</b> SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL		<b>PÁGINA:</b> 2 de 2

### 8 Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1	Abr-2022	Elaboración de ficha técnica.
2	Sep-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Se modificó las dimensiones.</li><li>Se modificó el número de secciones o módulos.</li><li>Se eliminaron las especificaciones:<ul style="list-style-type: none"><li>Obligatoriamente debe disponer una plataforma acolchada de al menos 3 secciones o módulos.</li><li>Obligatoriamente la camilla debe estar Certificada por la FDA, CE o cualquier otra certificación homóloga.</li></ul></li></ul>

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	APROBADO
INSPECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	GERENTE DE SEGURIDAD IND Y SALUD OCUPACIONAL	DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA
Jefry Rodriguez	Edwin Ciprian	Hector Abreu	Beatrik Dotel
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 21/09/2022	Fecha: 21/09/22	Fecha: 21/09/22	Fecha: 26/9/22

Para uso exclusivo de empleados de **EDESUR**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

**EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.**