



**HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO
PROF. JUAN BOSCH**

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS

Especificaciones técnicas.

ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES: para el uso del Hospital Traumatológico y Quirúrgico profesor Juan Bosch.

CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar al Hospital Profesor Juan Bosch (Traumatológico) aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico compras@hospitaljuanbosch.gov.do hasta la fecha establecida en el cronograma.

Ítem	PRESENTACION	DETALLES
1	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO:

-Los oferentes participantes deben presentar ficha técnica del o los ítem ofertados en donde especifiquen todas sus características.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con pago al día.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con pagos al día.
- Registro Nacional de Proveedores Del Estado.
- Debe poseer el/los rubros de los Artículos a Ofertar.
- Cotizaciones Firmadas y Selladas.
- Duración de la Oferta económica de 30 días.
- Disponibilidad de entrega inmediata del Servicio (No mayor a 4 días laborables), (los días establecidos en la ficha técnica).
- Especificaciones técnicas añadidas a las ofertas Económicas.
- Las condiciones de pago establecido es a crédito.
- Trasporte Incluido en la Cotización.

-Cotización emitida en Lote completo.

-Servicio garantizado.

-Condiciones de Pago: La condición es a Crédito. El pago se efectuará a presentación de factura de los bienes y servicios suministrados y recibidos satisfactoriamente por el Hospital Profesor Juan Bosch (Traumatológico).

PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICAS:

-Cargar oferta al Portal.

-O en sobres sellados en el departamento de Compras de este Hospital Juan Bosch (Traumatológico) (Autopista Duarte KL 101, Carretera Bonaio, La Vega Rep Dom).

ERRORES NO SUB SANABLES:

A) Presentar cantidades o características diferentes a lo solicitado, o excluir algún ítem del lote Necesario para la realización de la propuesta.

B)-No cumplir con las Especificaciones Técnicas.

C)-Omitir Requisitos o documentos No sub- sanables en el presente pliego de condiciones.

CRITERIOS PARA EVALUAR:

Las propuestas deberán obtener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad (CUMPLE/NO CUMPLE):

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Disponibilidad: Que el oferente cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Capacidad Técnica: Que el servicio cumpla con todas sus características especificadas en la Fichas Técnicas.

Adquisición: La adjudicación será decidida a favor de Oferente/Proponente que cumplan con los Requisitos exigidos y será calificado como el(los) más conveniente para los intereses Institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad y demás condiciones establecidas en el presente pliego de Condiciones.



Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Cánula de Mayo # 9 , # 10 y #6 Y #18

COMPOSICION:

Cuerpo blanco opaco; con boquilla de color según tamaño. 6 tamaños. Cuerpo y boquilla de polietileno de baja densidad (LDPE).

CARACTERISTICAS:

Suave: Resistente, A traumático ,Hipoalergénico, Curvatura anatómica.

Indicaciones terapéuticas:

Este dispositivo médico desechable permite mantener la permeabilidad de la vía aérea, al impedir que la lengua obstruya el paso del aire. Facilita la ventilación asistida en un paciente sedado o con dificultad ventiladora.

Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:

AGUJA PERICRANEAL #18

COMPOSICION:

Aguja ultra delgada siliconada punta de lanceta de corte incisivo para punciones
atraumáticas

Aletas adheribles a las agujas y flexibles para facilitar la punción y permitir una cómoda
inmovilización

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Código de colores de acuerdo al calibre para una fácil identificación

Conector de cierre luer lock y tapón rosca de salida para evitar escape

Protector de aguja libre de látex

Tubo de cloruro de polivinilo flexible y suave resistente a torsión. Largo 30cm (11.8")

Longitud de la aguja: 3/4"

Estériles con gas O.E.

Desechables, para un solo uso

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Presentación individual. Tipo blister rígido.



REPUBLICA DOMINICANA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital

"Prof. Juan Bosch"

Teléfono: 809-725-8262, Autopista Duarte Km. 101 El Pino La Vega, R. D.

RNC: 4-30-03792-3

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA

PARCHE CURITAS ESTERILES REDONDAS

DESCRIPCION GENERAL

Parche curitas estériles y libres de látex de PVC en forma alargada con una pequeña gasa en el centro. Los estándares son color piel, pero existen también alargados con diseño infantil.

CARACTERISTICAS TECNICAS

De amplio uso en heridas pequeñas y venopunciones. Método de esterilización Oxido de etileno.

FICHA TECNICA

NOMBRE PRODUCTO: Hoja de Bisturí # 23

Descripción:

Hojas de Bisturí estériles, hoja de acero al carbono.

Indicaciones:

Las Hojas de Bisturís de Aesculap se utilizan para incisión o para el corte de tejido durante la intervención quirúrgica.

Según las necesidades se utiliza diferentes mangos de bisturí.

Fácil uso y manipulación.

Las Hojas de Bisturí se suministran en cajas de 100 unidades, envasadas individualmente y estériles.

Una vez abierto el blíster, se sujeta la hoja y se coloca sobre el bisturí, a utilizar.

Facilidad de apertura del blíster:

El sellado del blíster es uniforme y paralelo sobre toda la longitud del embalaje, con una anchura mínima de la costura de sellado de 2 mm o con al menos 2 líneas visibles de Costura de sellado para la seguridad de no traspasar la hoja.

Una vez abierto el blíster se sujeta la hoja y se coloca sobre el mango de bisturí.

La fuerza de desprendimiento no deberá ser inferior a 4N, de acuerdo con el siguiente método, como sigue: bisturí y bisturí de uso único para la Realización de la prueba.

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

COMPRESA DE GASA DE ALGODÓN 36X100 TIPO ALMOHADA
HIDRÓFILO RECTILÍNEA PLEGADA 8, 10 y 12 CAPAS.

USO QUIRURGICO

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

COMPRESAS ESTERILIZADAS DE GASA HIDRÓFILO DE ALGODÓN RECTILÍNEA
PLEGADAS 8, 10 y 12 CAPAS,

Se trata de compresas de gasa hidrófila de algodón 100% con textura rectilínea plegadas, con o sin hilo de contraste y esterilizadas mediante vapor de agua, destinadas a uso invasivo de tipo quirúrgico de duración pasajera como barrera mecánica para la compresión y absorción de exudados.

Las compresas de gasa rectilínea estériles plegadas de 8, 10 y 12 capas son productos invasivos de tipo quirúrgico y duración pasajera, destinados a ser utilizados como barrera mecánica para la compresión o absorción de exudados.

se han identificado los siguientes riesgos asociados a la reutilización del producto: • Infección del paciente por contaminación cruzada. • Infección de terceras personas. • Pérdida de integridad mecánica. • Desprendimientos de hilos por pérdida de integridad mecánica. • Desintegración de los componentes por lavado del producto. • Presencia de restos de detergente por lavado del producto.