



# Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA "DR. LUIS E. AYBAR"

**CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMÍNICO-JAPONESA  
CEMADOJA**



Santo Domingo, R.D.  
10 de Enero, 2023.

DSG-0005-2023

A

*[Signature]*  
Dra. Glendis Ozuna Feliciano  
Directora.

*[Signature]*  
Lic. Ramón Feliz  
Encargado Administrativo y Financiero

Atención


: Lic. Edgar A. Lebrón  
Encargado de compras

Asunto

: Solicitud reparación de equipo de sonografía.



Luego de un cordial saludo me dirijo a ustedes para solicitarle la reparación de un equipo de ultrasonido (sonógrafo) marca GE, modelo Voluson S8, serie. VS8000217, el cual fue evaluado por un fallo presentado durante la realización de los procesos (se va la imagen de la pantalla), y requiere ser reparado.



Ing. Manuel de los Santos Vizcaino  
Enc. División de servicios generales



# Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA "DR. LUIS E. AYBAR"

**CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICANO-JAPONESA  
CEMADOJA**



Santo Domingo, R.D.  
20 de Febrero, 2023.

DSG-0029-2023

A

*[Handwritten signature]*  
 Dra. Glendis Ozuna Feliciano  
 Directora

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Ramón Feliz  
 Encargado Administrativo y Financiero

Atención

: Lic. Edgar A. Lebrón  
Encargado de compras



Asunto

: Solicitud reparación de equipo de sonografía.

Luego de un cordial saludo me dirijo a ustedes para solicitarle la reparación de un equipo de ultrasonido (sonógrafo) marca Philips, modelo clear viu650, serieUS614A0471. Este presenta un fallo, no reconoce los transductores y una falla en algunas letras del teclado. Este esta siendo evaluado para diagnosticar el fallo.



Ing. Manuel de los Santos Vizcaíno  
Enc. División de servicios generales

