



CEMADOJA
CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA
DE AMISTAD DOMÍNICO JAPONESA
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR

Santo Domingo, R.D.
07 de Marzo, 2024.

DSG-DM- 0028-2024

A

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora

Lic. Ramon Feliz
Encargado Administrativo y Financiero

Atención

: Lic. Edgar A. Lebrón
Encargado de compras

Asunto : Solicitud de mantenimiento correctivo para equipo de tomografía.

Luego de un cordial saludo, me dirijo a ustedes, con la finalidad de Solicitarle un servicio de mantenimiento correctivo para sistemas de tomografía #I marca Philips, modelo MX-16, el cual dejo de funcional por presentar artefactos y fallos durante la realización de los estudios. El mismo fue sometido a una evaluación técnica en la cual se detectó un fallo en el colimador y la rotura del compensador (filtro de radiaciones secundarias), lo que provoco desprendimientos de los rodamientos del colimador. Por lo que se requiere la sustitución de las partes afectadas.

Atentamente.

Ing. Manuel de los Santos Vizcaino
Enc. División de servicios generales



CEMADOJA
ADMINISTRACION

Recibido por
Fecha 12/3/2024 9:36 AM

